

## Información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación

La situación de emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, ha aumentado de manera importante el riesgo de que se introduzcan en el mercado algunos productos sanitarios utilizados principalmente para la prevención y/o tratamiento de la COVID-19 que no cumplen con la legislación vigente y que pueden suponer un riesgo de salud pública.

Entre estos productos se encuentran, por ejemplo, las mascarillas y batas quirúrgicas, guantes de examen y quirúrgicos, y los test para el diagnóstico de COVID-19.

Los principales incumplimientos detectados están relacionados con certificados de marcado CE falsos, declaraciones de conformidad con información falsa, marcados CE indebidos como producto sanitario y el no disponer de representante autorizado en la Unión Europea cuando el fabricante carece de domicilio social en la Comunidad o que el representante autorizado que figura en el etiquetado sea inadecuado.

Para su comercialización en España estos productos deben cumplir con los requisitos establecidos en la legislación de productos sanitarios. El marcado CE es el distintivo que declara la conformidad del producto con los requisitos de seguridad, eficacia y calidad establecidos y, por eso, es indispensable que figure en el etiquetado.

En el caso de algunos productos—como mascarillas quirúrgicas, batas quirúrgicas o en el caso de los test para el diagnóstico de COVID-19 de uso profesional— el procedimiento para la obtención del marcado CE es mediante autocertificación, es decir, no requiere de la intervención de un organismo notificado. Para eso, la empresa debe evaluar que el producto cumple con los requisitos de seguridad, calidad y eficacia y emitir una declaración de conformidad del producto.

En el caso de productos sanitarios estériles o con función de medición, productos como guantes quirúrgicos o productos de mayor riesgo como los test para el diagnóstico de COVID-19 de autodiagnóstico, un Organismo Notificado debe llevar a cabo la evaluación del producto y emitir un certificado de marcado CE. En estos casos, el marcado CE del etiquetado va acompañado de 4 dígitos, que corresponden al número de identificación del organismo notificado.

No obstante, y tal y como se recoge en la nota informativa PS,12/2020, publicada el pasado 8 de abril, algunas mascarillas y batas quirúrgicas están autorizadas de forma expresa por la AEMPS y este número de autorización es el que debe figurar en su etiquetado. Estos productos autorizados por la AEMPS no llevan el marcado CE en su etiquetado y se consideran conformes.

La AEMPS, en colaboración con las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas, así como junto con el resto de las autoridades europeas realiza continuamente tareas de control de mercado para asegurar que los productos son conformes con la legislación, tomando las medidas adecuadas para evitar su comercialización y uso por parte de los usuarios. Este control de mercado está destinado a evitar que se ponga en peligro la salud, la seguridad y otros aspectos de la protección del interés público.

En este documento, que se actualizará periódicamente, se listan los diferentes casos de productos sanitarios relacionados con la COVID-19 detectados en el mercado que no cumplen con la legislación correspondiente por lo que carecen de garantías de seguridad, eficacia y calidad, por lo que no deben adquirirse ni utilizarse.

## Relación de productos sanitarios (mascarillas quirúrgicas, batas, guantes, etc.) especialmente utilizados durante COVID-19 que no cumplen la regulación.

Fecha de publicación	Productos	Fabricante	Representante Autorizado	Tipo de Incumplimiento	Alerta de Control de Mercado
01-06-20	Mascarillas, batas quirúrgicas, material no tejido, paños quirúrgicos	UCN Pharmaceuticals, Zone Industrielle 10 Rue Henri Paul 39700 Ranchot, Francia	No aplica	Certificado Falso	<a href="#">2020-281*</a>
01-06-20	Mascarillas, batas quirúrgicas, material no tejido, paños quirúrgicos	HOS-MED Management Gawrys Spółka Jawna, ul. Korkowa 04-519 Wawer (Varsovia), Polonia	No aplica	Certificado Falso	<a href="#">2020-282*</a>
01-06-20	Mascarillas quirúrgicas, paños quirúrgicos Funda instrumental estéril, Funda protectora estéril	Nombre y dirección no legibles. País China	Shanghai International Holding Corporation GmbH (Europe), Eiffestrasse 80, 20537 Hamburgo, Alemania	Certificado Falso	<a href="#">2020-283*</a>
01-06-20	Guantes de vinilo desechables	HaoRui Industry Co., Ltd, Jingcheng Industrial Zone, Xunyang District 332000 Jiujiang China	Shanghai International Trading Corp. GmbH, Eiffestr. 80, 20537 Hamburgo, Alemania	Certificado Falso	<a href="#">2020-284*</a>

Fecha de publicación	Productos	Fabricante	Representante Autorizado	Tipo de Incumplimiento	Alerta de Control de Mercado
01-06-20	Guantes quirúrgicos de látex y nitrilo	Unigloves Sdn Bhd (Berhad) Lot 18374, Jalan Perusahaan 3 Kamunting Industrial Estate, 34600 Perak Darul Ridzuan, Malasia	Venchinatex s.r.l, Via Stresa 29 20125 Milano, Italia	Certificado Falso	<a href="#">2020-285*</a>
01-06-20	Mascarilla desechable médica, guantes quirúrgicos de látex desechables, guantes de examen médico	Nombre y dirección no legible, País China	Nombre, dirección y país no legible	Certificado Falso	<a href="#">2020-286*</a>
01-06-20	Mascarilla quirúrgica de 3 capas	MEDICOMP Kft, Rezeda utca 2, 6800 Hódmezövásárhely Hungría	No aplica	Certificado Falso	<a href="#">2020-287*</a>
01-06-20	Gorros quirúrgicos estériles, mascarilla facial quirúrgica estéril, batas quirúrgicas estériles, protectores de cama estériles, paños quirúrgicos estériles, packs quirúrgicos estériles	Daara Pharma Supplies, 1319 Punahou St Suite, 100 Honolulu, HI, Estados Unidos	No figura en el certificado	Certificado Falso	<a href="#">2020-288*</a>
01-06-20	Mascarilla quirúrgica, tirita para heridas	Nombre no legible	Shanghai International Holding Corporation GmbH (Europe), Eiffestrasse 80, 20537 Hamburgo, Alemania	Certificado Falso	<a href="#">2020-289*</a>

Fecha de publicación	Productos	Fabricante	Representante Autorizado	Tipo de Incumplimiento	Alerta de Control de Mercado
01-06-20	Batas quirúrgicas estériles, paños quirúrgicos estériles, packs quirúrgicos estériles, batas de aislamiento estériles, batas estériles protectoras y mascarillas quirúrgicas	Anhui MedPurest, Jia Bao Industrial Park, Anhui Province, Anqingm 246000, China	No figura en el certificado	Certificado Falso	<a href="#">2020-290*</a>
01-06-20	Mascarillas, batas quirúrgicas, material no tejido, paños quirúrgicos	NEFTEPROM - AJ PHIWES, Testovskaya Str., 10 Street, house no. St. Petersburg, Havanskaya Str., 2, Moscú, Rusia	No figura en el certificado	Certificado Falso	<a href="#">2020-291*</a>
01-06-20	Monitor de signos vitales, oxímetro de pulso portátil, pulxiosímetro	Ningbo Safebond Medical Co., Ltd, 4F Building C8, 40 Jingshan Road Economic and Technological Development Zone, 221000 Xuzhou, China	Well Kang Limited, The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, Irlanda	Certificado Falso	<a href="#">2020-292*</a>
01-06-20	Mascarillas, batas quirúrgicas, gorros no tejidos, cubiertas de zapatos no tejidas, cubiertas de zapatos de plástico, batas	Shanghai Drawell Scientific Instrument Co., Ltd, Suite 1101, Lane561 XiuChuan Rd., PuDong New Area, Shanghai, China	No figura en el certificado	Certificado Falso	<a href="#">2020-293*</a>

Fecha de publicación	Productos	Fabricante	Representante Autorizado	Tipo de Incumplimiento	Alerta de Control de Mercado
01-06-20	Mascarillas, batas quirúrgicas, batas y gorros	THANYATORN SAFETY Co., Ltd, 9/1-2, Soi Nawamin36, Nawamin Rd. Kwang Klongkum Mang District, 10240 Bangkok, Tailandia	No figura en el certificado	Certificado Falso	<a href="#">2020-294*</a>
01-06-20	Dispositivos de humidificación respiratoria y accesorios de Clase II (Circuitos desechables para pacientes, unidad de transferencia)	ANDERS LARSSON LIVS AB, Morevagen 22, 3888 30 Ljungbyholm Suecia	No aplica	Certificado Falso	<a href="#">2020-295*</a>
01-06-20	Jeringas desechables estériles, juegos de infusión, juegos de perfusión y juegos de transfusión, agujas estériles, guantes quirúrgicos estériles, catéteres intravenosos, batas quirúrgicas, kits quirúrgicos y paños quirúrgicos	Nasza Chata Medical Products ul. Kreta 3, PL-43-345 Czaanec, Polonia	No aplica	Certificado Falso	<a href="#">2020-296*</a>
01-06-20	Mascarilla desechable	Yiwu Medco Health Care Co., Limited 19937,19938 District 2 International Trade Mart. 322000 Yiwu City, Zhejiang, China	No figura en el certificado	Certificado Falso	<a href="#">2020-297*</a>

Fecha de publicación	Productos	Fabricante	Representante Autorizado	Tipo de Incumplimiento	Alerta de Control de Mercado
01-06-20	Mascarilla quirúrgica desechable	Guangzhou Renault Biotechnolgy Co. Ltd., Room 604, North Tower, R&F Ying Li Plaza No 3-2, Huaqiang road, Tianhe, Guangzhou, China	CMC Medical Devices & Drugs S.L., C/ Horacio Lengo nº 18, 29006 Málaga, España	Representante Autorizado falso en la declaración de conformidad	<a href="#">2020-298*</a>
01-06-20	Batas quirúrgicas	Henan Joinkona Medical Products Stock Co., Ltd, China	CMC Medical Devices & Drugs S.L., C/ Horacio Lengo nº 18, 29006 Málaga, España	Representante Autorizado falso en la declaración de conformidad	<a href="#">2020-299*</a>
01-06-20	SHCHEMICAL Mascarilla Protectora Desechable	Wenzhou WiBao Electrical Co., Ltd, No111 Dingxiang Road, Binhai Industrial Zone, Wenzhou City, 325025, Zhejiang Province, China	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Eiffestrasse 80, 20537 Hamburgo, Alemania	Representante Autorizado falso en la declaración de conformidad	<a href="#">2020-300*</a>
09-06-20	Mascarilla quirúrgica estéril desechable	Yildiz Plastik Sanayí Ve Ticaret, Terazidere Mah. Hakan Sok.26 Bayrampaşa, Turquía	No aplica	Certificado Falso	<a href="#">2020-313*</a>

Fecha de publicación	Productos	Fabricante	Representante Autorizado	Tipo de Incumplimiento	Alerta de Control de Mercado
09-06-20	Mascarillas de 3 capas, batas quirúrgicas de material no tejido, guantes quirúrgicos de nitrilo, guantes de examen de látex	Shiffa Plaster, Al-Mounshieh Al-kadimeh, City Star Mall, P.O. Box: 3778 Aleppo, Siria	Brenda Natali-Shiffa Plaster, Eiffestrabe 80, 20537 Hamburgo, Alemania	Certificado Falso	<a href="#">2020-322*</a>
09-06-20	NN Med Mascarilla quirúrgica desechable 50 unidades 3 capas	Metince Tekstil Ltd. Sti Siirt Yolu Cad. Örmegäze Köyü NI:14/2 Besiri-BATMAN, Turquía	No aplica	El fabricante no figura en el etiquetado del producto	<a href="#">2020-323*</a>
18-06-20	Mascarilla infantil (Mask Face for kids)	Jiangsu Tianzhang New Medical & Health Materials Co. Ltd., China	Información no disponible	Marcado CE indebido	<a href="#">2020-336*</a>
18-06-20	Batas quirúrgicas estériles, guantes quirúrgicos, mascarillas desechables, paños quirúrgicos estériles, cubiertas estériles para equipos y calentadores de alcance estériles	ATOS SAGLIK URUNLERI TEKSTIL SANAYI VE TIC, LTD, Turquía	No aplica	Certificado Falso	<a href="#">2020-339*</a>
18-06-20	Gasas, cubre zapatos desechables, rollos de gasas, mascarillas quirúrgicas estériles, gorros quirúrgicos estériles, batas quirúrgicas estériles, paños quirúrgicos estériles, sábanas estériles desechables y toallas estériles desechables	Información no legible	No figura en el certificado	Certificado Falso	<a href="#">2020-340*</a>



Fecha de publicación	Productos	Fabricante	Representante Autorizado	Tipo de Incumplimiento	Alerta de Control de Mercado
18-06-20	Mascarilla, guantes quirúrgicos desechables, batas protectoras, termómetro digital infrarrojo, desinfectantes para manos y kits quirúrgicos	BALTIMER Sp. Z.o.o, Polonia	No aplica	Certificado Falso	<a href="#">2020-342*</a>
18-06-20	Gorros quirúrgicos estériles, mascarillas quirúrgicas estériles, batas quirúrgicas estériles, protectores de cama estériles, paños quirúrgicos estériles, packs quirúrgicos estériles	Información no disponible	Información no disponible	Certificado Falso	<a href="#">2020-345*</a>
18-06-20	Mascarillas, batas quirúrgicas, gorros quirúrgicos, paños quirúrgicos, packs quirúrgicos	Información no disponible	Información no disponible	Certificado Falso	<a href="#">2020-346*</a>
03-07-20	Mascarilla quirúrgica desechable (estéril)	Luohe Shunkang Medical Supplies Co. Ltd, Yancheng district, Xindian town, Yanxiang road, Luohe, Henan Province, China	Información no disponible	Representante Autorizado no figura en el etiquetado	<a href="#">2020-368*</a>
03-07-20	Mascarilla quirúrgica	Tianchang Dongan Protective Equipmento Co, Ltd. Hongmiao Village, Tiancha Road, Tianchang City, Anhui Province, China	Información no figura en el etiquetado	Representante autorizado, lote y caducidad no figuran en el etiquetado	<a href="#">2020-369*</a>

Fecha de publicación	Productos	Fabricante	Representante Autorizado	Tipo de Incumplimiento	Alerta de Control de Mercado
03-07-20	Batas quirúrgicas estériles, Packs quirúrgicos estériles, mascarillas, batas aislamiento	Lyncmed Medical Technology (Beijing) Co., Ltd Room 119, No. 1111, South Huha Rd, Chaoyang District 100022 Beijing, China	SUNGO Certification Company, 118 High Street, Purley RM101, Maple House CR8 2AD, Londres, Reino Unido	Certificado Falso	<a href="#">2020-370*</a>
03-07-20	Mascarillas	Wugang xiezhong Medical Equipment Co., Ltd; Shuyun East Road, Wugang industrial park, Shaoyang; Hunan province; 422400 China	Información no disponible	Certificado Falso	<a href="#">2020-371*</a>
17-07-20	Guantes quirúrgicos de látex desechables y guantes de examen médicos	PIDEGREE Industrial Co Limited, Mingrun Business Building No. 199 Huangbian North Road, Guangzhou City, Guangdong Province	LINKFAR HEALTHCARE GMBH, 40474, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Alemania	Certificado Falso	<a href="#">2020-392*</a>
17-07-20	Guantes quirúrgicos y de examen estériles	Besafe Gloves Co., Ltd., 145 Village No. 6, Bang Lamung Sub district, Bang Lamung District, Chonburi 20150, Tailandia	Información no figura en el certificado	Certificado Falso	<a href="#">2020-393*</a>

Fecha de publicación	Productos	Fabricante	Representante Autorizado	Tipo de Incumplimiento	Alerta de Control de Mercado
17-07-20	Batas quirúrgicas desechables, gorros quirúrgicos desechables, mascarillas quirúrgicas desechables, gasas desechables, packs quirúrgicos estériles desechables, packs de apósitos desechables, paños quirúrgicos desechables	Información no legible	Información no figura en el certificado	Certificado Falso	<a href="#">2020-394*</a>
17-07-20	Mascarillas médicas	WUGANG XIEZHONG MEDICAL EQUIPMENT CO.LTD, Shuiyun East Road, Wugang Industrial Park, Shaoyang 422400 Hunan Province, China	Información no figura en el certificado	Certificado Falso	<a href="#">2020-396*</a>
17-07-20	Mascarillas, batas de quirófano, buzos y capas	PAGE GLOBAL PTY LTD, 21 Sellick Street, Cannon Hill, Uitenhage, Port Elizabeth 6229, Eastern Cape, Sudáfrica	Información no figura en el certificado	Certificado Falso	<a href="#">2020-397*</a>

Fecha de publicación	Productos	Fabricante	Representante Autorizado	Tipo de Incumplimiento	Alerta de Control de Mercado
17-07-20	Termómetros digitales, mascarillas desechables de 3 capas, mascarillas quirúrgicas y termómetros infrarrojos	EVERGREEN Cooperation Ltd., 101 Deido Section Bonaberi, 26 Rail Street, Sunny Centre, Douala, Camerún	PROLINX GmbH, Brehmstr. 56, 40239, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Alemania	Certificado Falso	<a href="#">2020-398*</a>
23-07-20	Mascarillas desechables	Hebei Jingde Medical Device Technology Co., Ltd.	CMC Medical Devices & Drugs S.L., C/ Horacio Lengo nº 18, 29006 Málaga, España	La dirección del fabricante y el lote del producto no figuran en el etiquetado	<a href="#">2020-414*</a>
23-07-20	Mascarilla médica	Jiangsu Cherish Medical Technology Co., Ltd. No 55 Maqianan Chaoyang Road Jiaoxi Centralized Industrial Zone ZhenluTianning Changzhou City, China	Llins Service & Consulting GmbH, Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg, Alemania	No cumplimiento de los requisitos de calidad y eficacia. El etiquetado no incluye información que permita la trazabilidad del producto	<a href="#">2020-415*</a>
23-07-20	Mascarilla médica, Mascarilla quirúrgica	Anqing Jiaxin Medical Material Co, Ltd., No. A-5, Yangtze River Bridge Economic Development Zone, 246001 Anqing, Anhui, China	No figura en el certificado	Certificado Falso	<a href="#">2020-416*</a>

Fecha de publicación	Productos	Fabricante	Representante Autorizado	Tipo de Incumplimiento	Alerta de Control de Mercado
03-08-20	Guantes de examen estériles desechables	Nombre, dirección y país no legible	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Alemania	Certificado Falso	<a href="#">2020-422*</a>
03-08-20	Sets quirúrgicos, batas quirúrgicas, paños quirúrgicos, bolsas colectoras de fluidos, mantas térmicas y gorros quirúrgicos	Desconocido	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Alemania	Certificado Falso	<a href="#">2020-434*</a>
03-08-20	Mascarillas quirúrgicas desechables de 3 capas y guantes de látex	Medical Industrial Company Worldwide AG. Stelzenstrasse 6 8152 Glattpark Opfikon	Desconocido	Certificado Falso	<a href="#">2020-435*</a>
04-08-20	Guantes estériles quirúrgicos de látex/nitrilo	Lohmann & Rauscher International GmbH & CO. KG. Westerwaldstraße 4 56579 Rengsdorf Germany	PALLADA TRADING SP. ZOO. O UI. Smocza27 Warszawa, Mazowieckie, 01-048 Poland	Certificado Falso	<a href="#">2020-436*</a>
04-08-20	Productos para anestesia, emergencias y cuidados intensivos. Productos para inyección, infusión, transfusión y diálisis. Instrumental no activo. Vendas y apósitos para heridas. Guantes médicos	Información no legible	No figura en el certificado	Certificado Falso	<a href="#">2020-437*</a>

Fecha de publicación	Productos	Fabricante	Representante Autorizado	Tipo de Incumplimiento	Alerta de Control de Mercado
04-08-20	Batas quirúrgicas, gasas quirúrgicas y packs quirúrgicos	Grave View Traders CO. Ltd, No 18, Finance Harbor 4th Road, Faisalabad, Pakistan	DISPOMED, 38 Ru De Bassano, 75008, Paris, Francia	Certificado Falso	<a href="#">2020-438*</a>
04-08-20	Paños quirúrgicos, batas quirúrgicas, kits estériles quirúrgicos y mascarillas faciales	Información no legible	Información no disponible	Certificado Falso	<a href="#">2020-439*</a>
04-08-20	Termómetros digitales, termómetros infrarrojos de frente y termómetros infrarrojos de oído	HIND Infradevelopers India Pvt. Ltd, H-4B, Second Floor, Kalkaji, 110019, Nueva Delhi, India	No figura en el certificado	Certificado Falso	<a href="#">2020-440*</a>
04-08-20	Paños estériles, batas quirúrgicas estériles, buzos de protección, cubiertas para equipos, packs quirúrgicos	Medical Products Co., Ltd. 461200 Xuchang City, Henan Province. China	No figura en el certificado	Certificado Falso	<a href="#">2020-446*</a>
05-08-20	Guantes quirúrgicos de látex y nitrilo estériles	TOP GLOVE Sdn. Bhd, Lot 396, Jalan Mekanikal 2 Nilai 7, Nilai Negari Sembilan, 71800, Malasia	No figura en el certificado	Certificado Falso	<a href="#">2020-449*</a>

Fecha de publicación	Productos	Fabricante	Representante Autorizado	Tipo de Incumplimiento	Alerta de Control de Mercado
05-08-20	Mascarillas quirúrgicas, batas quirúrgicas y guantes	KAZ GmbH (VBS), Schnackenburgalle e 71, 22525, Hamburgo	No aplica	Certificado Falso	<a href="#">2020-450*</a>
05-08-20	Termómetro Infrarrojo clínico, Termómetro electrónico, Monitor de Presión arterial	Nombre fabricante no legible Dirección: Pigshan District, 518122 Shenhen City, China	No figura en el certificado	Certificado Falso	<a href="#">2020-451*</a>
05-08-20	Mascarillas quirúrgicas y guantes de examen	Ningbo Jenius Polymer Sci-Tech Co, Ltd, No.2112, Ningheng South Road, Hengxi Town, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, China	MedNet GmbH, Borkstrasse 10, 48163, Münster, Alemania	Representante Autorizado falso en la declaración de conformidad	<a href="#">2020-455*</a>
05-08-20	Termómetros	Varios fabricantes	Información no disponible	Productos comercializados sin número de identificación del organismo notificado y/o los datos del representante autorizado	<a href="#">2020-456*</a>

Fecha de publicación	Productos	Fabricante	Representante Autorizado	Tipo de Incumplimiento	Alerta de Control de Mercado
06-08-20	Guantes quirúrgicos	Cardinal Health, 3651 Birchwood Drive, 60085, Waukegan, Estados Unidos	Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP, La Haya, Holanda	Defecto de degradación que podría suponer un riesgo potencial de infección o exposición cruzada a fluidos corporales	<a href="#">2020-461</a> *

\* Se puede consultar cada alerta en el enlace disponible, utilizando el número de referencia para encontrarla en el buscador.



## Relación de productos sanitarios de diagnóstico in vitro que no cumplen la regulación: Test de diagnóstico COVID-19.

Fecha de publicación	Productos	Fabricante	Representante Autorizado	Tipo de Incumplimiento	Alerta de Control de Mercado
01-06-20	COVID-19 Rapid IgG/IgM combined Antibody assay Pre-screening test Kit (Modelo # ERCSS05301)  COVID-19 Rapid IgG/IgM combined Antigen assay Pre-screening test Kit {Modelo # ERCSSOS40I}	Sensing Self Pte. Ltd 160, Robinson Road 20-03, Singapore Business Federation Ctr, Singapur	CMC Medical Devices & Drugs S.L., C/ Horacio Lengo nº 18, 29006 Málaga, España	Representante Autorizado falso en certificado	<a href="#">2020-301*</a>
01-06-20	SARS-CoV-2 IgM/IgG Test Rápido de Anticuerpos	Sure Bio-Tech (USA) Co. Ltd, 228 Park Ave S 79525 Nueva York, NY 10003	CMC Medical Devices & Drugs S.L., C/ Horacio Lengo nº 18, 29006 Málaga, España	Se han detectado unidades en las que de acuerdo al etiquetado estaría indicado para "self-control" sin embargo se trata de un producto para uso profesional	<a href="#">2020-302*</a>
01-06-20	COVID-19 IgM/IgG Antibody Rapid Test Kit (Inmunocromatografía)	Guangzhou Medsinglong Medical Equipment Co., Ltd., Rm 405, South China Building, West Fuhua Road, Shiqiao Town, Panyu, Guangzhou, 511405, China	MedNet GmbH, Borkstrasse 10 · 48163 Muenster Alemania	Representante Autorizado falso en el etiquetado y en la declaración de conformidad	<a href="#">2020-303*</a>

Fecha de publicación	Productos	Fabricante	Representante Autorizado	Tipo de Incumplimiento	Alerta de Control de Mercado
01-06-20	COVID-19 IgM/IgG Antibody Rapid Test Kit (Inmunocromatografía)	Guangzhou Medsinglong Medical Equipment Co., Ltd., Rm 405, South China Building, West Fuhua Road, Shiqiao Town, Panyu, Guangzhou, 511405 China	Prolinx GmbH, Alemania	Representante Autorizado falso en certificado	<a href="#">2020-304*</a>
01-06-20	Test de autodiagnóstico COVID-TEST	BIOHITHEALTHCAR E (Hefei) Co. Ltd., Building D9 Innovation Park No 800 West Wangjiang Road, High-Tech Zones, Hefei, Anhui China	Wellkang Ltd. 16 Castle Street, Dover CT1 61 1pw Reino Unido	Producto comercializado como "kit de autodiagnóstico" sin embargo se trata de un producto para uso profesional	<a href="#">2020-305*</a>
01-06-20	COVID-19 Rapid Test Kit	MEDAKIT LTD, he L. Plaza, 367-375 Queen's Road Central, Sheung Wan, Hong Kong China	No figura	Producto comercializado como "at home testing" para autodiagnóstico" sin embargo se trata de un producto para uso profesional	<a href="#">2020-306*</a>
01-06-20	SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG/IgM Rapid Test	Shanghai Eugene Biotech Co., Ltd., Runcai intelligent industrial park, no. 1666 Xinyang road, Fengxian district, Shanghai 201314, China	SUNGO Certification Company Limited, Rm101, Maple House, 118 High Street, Purley, London, Reino Unido	Representante Autorizado falso en etiquetado, instrucciones y declaración de conformidad	<a href="#">2020-307*</a>

Fecha de publicación	Productos	Fabricante	Representante Autorizado	Tipo de Incumplimiento	Alerta de Control de Mercado
01-06-20	COVID-19 Test Kit	Changchun Wancheng Bio Electron Co., Ltd., 3rd Floor, Building 3, Hongda Optoelectronics Industrial Park, No.789 Shunda road, High-tech Development Zone, Changchun, Jilin Province China	No figura en el etiquetado	Carece de marcado CE y datos de representante autorizado en el etiquetado	<a href="#">2020-308*</a>
09-06-20	Corona COVID-19 test kit-5 pack	Hunan Runmei Gene Technology Co., Ltd, 401, No 3, Changsha Medical and Health Industrial Park, No. 1048 Zhongqing, China	MedPath GmbH · Mies-van-der-Rohe-Strasse 8 · Munich	Test comercializado a particulares a través de la página web <a href="https://iswag.se/">https://iswag.se/</a> como producto de autodiagnóstico si bien se trata de un producto para uso profesional	<a href="#">2020-321*</a>
17-07-20	COVID-19 Blood Test Kit y COVID-19 Oral Test Kit	SwisLab, Rue du Prince 14 1204, Ginebra, Suiza	No Aplica	Test comercializado a través de la página <a href="http://www.swisesupport.online">http://www.swisesupport.online</a> como "home COVID-19 test", test para la COVID-19 de uso domiciliario, si bien se trata de productos para uso profesional	<a href="#">2020-395*</a>

Fecha de publicación	Productos	Fabricante	Representante Autorizado	Tipo de Incumplimiento	Alerta de Control de Mercado
17-07-20	COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette	Hangzhou Clongene Biotech Co. Ltd, China	Shanghai International Holding Corporation GmbH, Eiffestrasse 80, 20537 Hamburgo, Alemania	Test comercializado a particulares a través de internet como producto de autodiagnóstico si bien se trata de un producto para uso profesional	<a href="#">2020-399*</a>
17-07-20	2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette Single use Kit	Hangzhou AllTest Biotech Co. Ltd, China	MedNet GmbH, Borkstrasse 10, 48163 Münster, Alemania	Test comercializado a particulares a través de internet como producto de autodiagnóstico si bien se trata de un producto para uso profesional	<a href="#">2020-400*</a>
22-07-20	Test rápido BIOEASY™ 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Ag GICA, referencias YRLG22201025, YRLG22201050 e YRLG22201100	Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.,Ltd., China No. 2-1, Liuxian 1st Road, Xin'an Sub-District, Baoan District 518101 Shenzhen, Guangdong Province China	Qarad EC-REP BV Pas 257 2440 Geel Bélgica	Sensibilidad inferior a la esperada frente a la técnica de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) pudiendo dar lugar a resultados falsos negativos	<a href="#">2020-408*</a>

\* Se puede consultar cada alerta en el enlace disponible, utilizando el número de referencia para encontrarla en el buscador.